

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ
РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ
РОСТЕСТ - МОСКВА**

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель

Генерального директора

Ростест - Москва

Д. С. Мартынов

"15" 09 1996 г.

ИЗМЕНЕНИЕ N° 1

МИ 1908-88 "Государственная система обеспечения единства измерений. Психрометры аспирационные. Методика поверки прямым сравнением с образцовым гигрометром."

1. В пункт 2 внести дополнение:

"ПРИМЕЧАНИЕ

а) климатическая камера со следующими характеристиками:

- диапазон задаваемой температуры (10...50)°C;
- изменение температуры во времени не более $\pm 1,0$ °C;
- диапазон создаваемой относительной влажности (10...95)%;
- изменение относительной влажности во времени не более

$\pm 3,0\%$. пункт 2, 3 изложить в новой редакции:

2, 3 ~~а~~ гигрометр, аттестованный по классу точности 1,0 и имеющий диапазон измерения относительной влажности (10...95)%.

Начальник лаборатории



В. М. Гаврючков

Старший инженер



И. А. Довгели