РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Температура и электропроводность морской воды

Методика выполнения измерений комплексом "Зонд-6000"

Дата введения 1997-10-01

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНЫ Санкт-Петербургским отделением Государственного океанографического института Росгидромета

2 РАЗРАБОТЧИКИ В.М.Тимец (руководитель темы); В.Э.Головский; Н.Е.Шведе; В.С.Бухман

3 УТВЕРЖДЕНЫ Федеральной службой России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 26.05.93

4 ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

Настоящие методические указания устанавливают методику выполнения измерений температуры и электропроводности морской воды комплексом "Зонд-6000" (далее - комплекс) с борта судна.

Методические указания разработаны с учетом Инструкции по эксплуатации [6] и должны использоваться совместно.

Перечень сокращений, принятых в настоящих методических указаниях, приведен в приложении.

1 НОРМЫ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

1.1 Методика выполнения измерений обеспечивает выполнение измерений температуры морской воды с погрешностью, границы интервала Δ_t которой при доверительной вероятности $P = 0,95$ рассчитывают по формуле

$$\Delta_t = \pm(0,04 + 0,5V_z \text{ grad}_t),$$

где V_z - скорость зондирования, м/с; grad_t - вертикальный градиент температуры, °С/м.

Числовые значения границ интервала Δ_t погрешности для различных скоростей зондирования и градиентов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Скорость зондирования, м/с	Модуль границ интервала погрешности измерения температуры, °С, при вертикальном градиенте температуры, °С/м							
	0,02	0,05	0,10	0,15	0,20	0,30	0,40	0,50
0,3	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,09	0,10	0,12
0,5	0,05	0,05	0,07	0,08	0,09	0,12	0,14	0,17
0,8	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24
1,0	0,05	0,07	0,09	0,12	0,14	0,19	0,24	0,29
1,5	0,06	0,08	0,12	0,15	0,19	0,27	0,34	0,42
2,0	0,06	0,09	0,14	0,19	0,24	0,34	0,44	0,54

1.2 МВИ обеспечивает выполнение измерений удельной электропроводности морской воды с погрешностью, значение которой находится в интервале $\pm 0,003$ См/м с вероятностью $P = 0,95$.

2 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

2.1 При выполнении измерений применяются следующие средства измерений и устройства:

- 1) комплекс "Зонд-6000", ИЛАН.416431.005;
- 2) гидрологическая лебедка с токосъемником, ГОСТ 12617-78;
- 3) кабель грузонесущий типа КГ-1-55-90, ТУ 16К64.01-88;
- 4) кран-балка и подвесной грузовой блок;
- 5) устройство связи оператора у пульта комплекса с оператором у лебедки.

2.2 Применяемые средства должны иметь действующие свидетельства о поверке, а вспомогательные устройства должны быть исправны.

3 МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1 Измерения температуры морской воды выполняют методом преобразования значений температуры воды в значение сопротивления ПИП температуры и измерения этого сопротивления аналого-цифровым измерительным преобразователем.

3.2 Измерение электропроводности морской воды выполняют методом компенсации тока в обмотке ПИП электропроводности, пропорционального проводимости морской воды, с последующим аналого-цифровым преобразованием.

3.3 Пересчет кодовых значений измеренных параметров в единицы физических

величин температуры и УЭП осуществляют на микроЭВМ, входящей в состав комплекса, по градуировочным коэффициентам. Программа пересчета и коэффициенты записаны в ЭВМ.

3.4 Измеренные значения физических величин отображаются на дисплее микроЭВМ и записываются на гибких магнитных дисках (дискетах).

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ОПЕРАТОРОВ

4.1 При выполнении измерений температуры и электропроводности морской воды комплексом соблюдают требования безопасности, регламентированные Правилами [2, 3], а также Инструкцией [6].

4.2 К выполнению измерений и обработке их результатов допускают лиц, изучивших Инструкцию [6], настоящие методические указания, а также прошедших инструктаж и стажировку по работе с комплексом, гидрологическими лебедками и тросами и сдавших экзамен по технике безопасности.

4.3 Измерения комплексом выполняют два оператора:

- 1) инженер или техник-гидролог (океанолог) находится в судовой лаборатории у блока обработки;
- 2) матрос I класса находится у лебедки.

5 УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

5.1 Для работы с опускаемым устройством за бортом судна:

1) скорость ветра, м/с, не более	19
2) высота волн, м, не более	7
3) температура морской воды, °С	от минус 2 до 32
4) удельная электропроводность, См/м	от 0,3 до 6,5
5) гидростатическое давление, МПа, не более	60
6) скорость зондирования, м/с, не более	2

5.2 Для работы в судовой лаборатории:

1) температура воздуха, °С	от 5 до 35	
2) относительная влажность воздуха, %, не более	80	
3) напряжение питания в сети переменного тока частотой (50±1) Гц, В	от 187 до 242	

4) воздействие вибрации в диапазоне частот		
от 5 до 10 Гц	с амплитудой до 1,5 мм	
от 10 до 20 Гц	с амплитудой до 0,6 мм	
от 20 до 30 Гц	с амплитудой до 0,3 мм	

6 ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ

6.1 При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы: внешний осмотр и опробование в соответствии с Инструкцией [6].

6.2 Контроль метрологических характеристик проводят в соответствии с Инструкцией [6] не реже 1 раза в два месяца.

7 ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ, ОБРАБОТКА И ОФОРМЛЕНИЕ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

7.1 При выполнении измерений выполняют операции, требования к которым приведены в Инструкции [6].

7.2 Выполнение измерений рекомендуется проводить с такой скоростью зондирования, при которой динамическая погрешность температуры не превосходит 0,01 °С.

Значения скорости зондирования V_z для соблюдения этого условия определяют по таблице 2.

Таблица 2

$Grad_t, \text{ }^\circ\text{C}/\text{м} \dots$ До 0,01	От 0,01 до 0,03	От 0,03 до 0,1	Более 0,1
$V_z, \text{ м/с} \dots$ До 2,0	От 0,7 до 2,0	От 0,2 до 0,7	Менее 0,2

При выполнении измерений комплексом выбор режима зондирования ОУ целесообразно проводить по показаниям канала температуры.

При изменении показаний канала температуры между подряд идущими циклами измерений более чем на 2 единицы кода (0,005 °С) следует снизить скорость зондирования.

7.3 Обработку результатов измерений выполняют по мере их получения по программе на ЭВМ ДВК-3, входящей в состав комплекса.

7.4 Результаты измерений оформляют путем их автоматической записи на гибкие магнитные диски (дискеты) с помощью программного обеспечения комплекса, а также путем печати таблиц на цифropечатающем устройстве.

7.5 На таблицах с результатами измерений и в пояснительных записках, прилагаемых к дискетам (или в тексте, записанном на дискете), указывают характеристики погрешности измерений в виде следующей записи: "характеристики погрешности измерений и условия измерений температуры и электропроводности морской воды комплексом "Зонд-6000" - по Аттестату методики выполнения измерений N ... от ...".

7.6 Оформленные результаты измерений представляют в организацию-судовладелец для контроля, после которого их заверяют подписью ответственного лица и печатью организации.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

БТЗ	- батитермозонд "Катран"
КМЗ	- комплекс "Мини-зонд"
ББ	- бортовой блок
БП	- блок питания
БО	- блок обработки
ПИП	- первичный измерительный преобразователь
ППЗУ	- программируемое постоянное запоминающее устройство
ОЗУ	- оперативное запоминающее устройство
МВИ	- методика выполнения измерений

* Соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Приложение Б Информационное

ЛИТЕРАТУРА

1 Батитермозонд "Катран". Инструкция по эксплуатации. ИЛАН.416431.001 ИЭ, ЦКБ ГМП, 1989.

2 Правила по технике безопасности при производстве наблюдений и работ на сети Госкомгидромета. Л.: Гидрометеиздат, 1983.

3 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей* и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей**. М.: Энергоатомиздат, 1986.

* На территории Российской Федерации действуют "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 N 6;

* На территории Российской Федерации действуют "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" (ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00). - Примечание изготовителя базы данных.

4 Программное обеспечение батитермозонда "Катран". Программа ВАНУ V.2.1. Руководство оператора. 257230 1.00216-01 34, ЦКБ ГМП, 1989.

5 Комплекс "Мини-зонд". Техническое описание и инструкция по эксплуатации. ИЛАН.416431.002 ТО, ЦКБ ГМП, 1989.

6 Комплекс "Зонд-6000". Инструкция по эксплуатации. ИЛАН.416431.005.ИЭ, ЦКБ ГМП, 1991.

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: / Федеральная служба России по гидрометеорологии и охране окружающей среды. Сборник руководящих документов. Температура и электропроводность морской воды. Методики выполнения измерений STD-зондами: Методические указания. РД 52.13.334-93-РД 52.13.336-93. - М., 1997